

Kroon- en brugwerk (zirkonium of e.max)

Code	Omschrijving	€	Opmerkingen
33	Kleurbepalen	45	
34	Kleurbepalen en passen frontwerk	95	Elk opvolgend element +45
35	Inlay (MO-DO)	235	Volledig anatomisch, ingekleurd
36	Part./volledige kroon/brugdeel	260	Volledig anatomisch, ingekleurd
37	Venster kroon/brugdeel	325	Occlusaal gefreesd, labiaal gebakken
38	Opgebakken kroon/brugdeel	325	Ind. opgebakken, in Cr-Co 325
39	Facing volledig e.max	265	Minimale dikte 0,3 mm
40	Facing opgebakken	305	
41	Etsbrug (dummy plus 2 vleugels)	490	Extra vleugel +70, in Cr-Co 490

Kroon- en brugwerk op implantaten (zirkonium)

Code	Omschrijving	verschr./insert	Verschr./gecemen./ind.abut.
42	Volledige kroon op implantaat	610	720
43	Venster kroon op implantaat	680	790
44	Opgebakken kroon op implantaat	680	790
45	Noodkroon voor implantaat	235	Composiet met metalen insert
46	Boormal+röntgenelementen opst.	210	Extra element +35 (bij meer dan 2)
47	Boormal+eenvoudige proefopst.	130	Metalen boorhuls + 20
48	Individuele implantaatlepel	72	Open of gesloten
49	Afdrukstiften aanleveren	...	Prijs merk afhankelijk

Kroon- en brugwerk divers

Code	Omschrijving	€	Opmerkingen
51	Kroon onder bestaand frameanker	105	
52	Noodkroon/onlay	130/110	Composiet, dummy +90
53	Gegoten opbouw/wortelkap	225 Cr-Co	
54	Prec.verankering t.b.v. kroon	195	Inclusief prothetische delen
55	Modellen met wax-up (2 element.)	100	Extra element +22
56	Volledige kaak wax-up	265	Sil. mallen compleet per kaak 600

Kroon- en brugwerk van hoog-edel goudlegering

Code	Omschrijving	€	Opmerkingen*
57	Gedeeltelijke- of hele kroon	640/790	Voll. goud 4 gr. pre- en 5.5 gr. molaar
58	Opgebakken kroon	600/795	Ind. opgebak. 3 gr. of 5 gr. berekend
59	Opgebakken brugdeel	780/885	Ind. opgebak. 5 gr. of 6 gr. berekend
60	Gegoten opbouw/wortelkap	360	2 gr. berekend

*LET OP: De goudprijs is op het ogenblik rond de € 90 per gram. Prijzen zijn gebaseerd op genoemde gewicht. Elke kroon wordt gewogen waardoor de prijs per kroon kan afwijken. Geen All-Inn prijs!

Kroon- en brugwerk

Op het orderblok kunt u aangeven welke soort kroon u wilt laten maken. Voor de uitleg over onze materialen en de materiaalkeuze is een schema bijgevoegd. Bij glazige materialen zoals e.max is het aan te raden een stompkleur op te geven, dan is het eindresultaat meer voorspelbaar. Tevens nog een uitleg over de abutment mogelijkheden bij de implantaatkronen en -bruggen.

Kleurbepalen

Bij het frontwerk willen wij het liefst zelf de kleur bepalen en de kroon of brug voor het plaatsen controleren in de mond. In het laboratorium hebben wij hier alle mogelijkheden voor. De patiënt kan bij de kleurbepaling ook zijn of haar wensen aangeven. Bij het passen zien ze met de spiegel in de hand hoe het er uit kan gaan zien en kunnen we nog verbeteringen aanbrengen. Patiënten waarderen dit erg en zijn blij dat ze van tevoren het werk kunnen zien en er nog inspraak mogelijk is. Hierdoor wordt er een bepaalde spanning weggenomen en komt de patiënt al tevreden naar uw praktijk.

Een tip om de patiënt en ons meer mogelijkheden te geven voor de kleurbepaling: als u de afspraak gaat maken om te prepareren kunt u de patiënt ook al contact met ons laten opnemen zodat voor de preparatie afspraak de kleur al is bepaald.

Bij implantaten meerdere mogelijkheden

De implantaatkroon of -brug kan op verschillende abutments geplaatst of gecementeerd worden. Titanium abutments zijn de sterkste en op veel posities goed te gebruiken zonder esthetisch nadeel te ervaren. In de verschroefde kronen kan een insert of een individueel abutment verlijmd worden. De inserts of standaard abutments van de fabrikant worden zo goed mogelijk voor de situatie uitgekozen maar met een individueel abutment krijgt u het meest verantwoorde resultaat. Het beste esthetische resultaat in het front is op het zirkonium abutment.

Soorten abutments

Mogelijkheid	Omschrijving
Insert abutment	Een titanium cad-cam abutment met standaard vormgeving. Keuze uit gingiva hoogte in metaal mogelijk. Er zijn echter een beperkt aantal mogelijkheden. Wanneer het met deze optie niet mogelijk is een verantwoord abutment neer te zetten wordt automatisch de onderstaande genomen. Let op het prijsverschil.
Individueel titanium abutment	Een titanium abutment dat op het patiëntmodel gemaakt wordt. Tandvleesdruk en hoogte voor de overgang tussen metaal en zirkonium zijn individueel vorm te geven. Ook de hoogte van het deel dat in de kroon als ondersteuning dient wordt op maat gemaakt. Nadeel kan de grijze doorschemer bij de gingiva zijn.
Individueel zirkonium abutment	Zelfde omschrijving als hierboven maar nu volledig in zirkonium uitgevoerd. Deze abutments zijn in de gangbare dentine kleuren te maken.

Termijnen kroon- en brugwerk

Omschrijving	Werkdagen
Opbouwen, mock-ups	10
Boormal + proefopstelling	10
Facings, kronen, bruggen	10
Implantaatwerk, bruggen	15

Mogelijkheden bij kroon- en brugwerk

Mogelijkheden	Omschrijving	Materiaal
Volledige kroon/brug	Anatomische eindvorm in basiskleur vervaardigd. Individueel afgeschilderd.	e.max voor solitair Prettau3 (z) 1 tot 14 delig Prettau2 (z) 1 tot 14 delig
Venster kroon/brug	Anatomische eindvorm in basiskleur, zichtbare delen opgebakken voor meer esthetische mogelijkheden. Per brugdeel kan besloten worden of het buccale/labiale vlak wel of niet opgebakken wordt.	Prettau3 (z) 1 tot 14 delig Prettau2 (z) 1 tot 14 delig
Opgebakken kroon/brug	Kap in verkleinde eindvorm. Ontbrekende vorm wordt in lagen opgebakken. Kleur komt van binnenuit. Meest natuurlijke eindresultaat mee te behalen.	Prettau 2 (z) 1 tot 14 delig. Meest gebruikt onderstructuur materiaal. Glazige frontelementen met weinig bakruimte, e.max kap.
Facing/ Partiele kroon	Schildje in eindvorm vanaf 0,3 mm of een schildje vanaf 0,3 mm dik daarna met laagjes opgebakken voor meest natuurlijke eindresultaat.	e.max, heeft verschillende keuzes in basiskleur maar ook in translucentie, stompkleur noodzakelijk!

Soorten materiaal en wanneer te gebruiken

Materiaal	Omschrijving	Wanneer
e.max 470 Mpa	Is een glaskeramiek (lithiumdisilicaat). Wij persen dit materiaal omdat de pasvorm en outline geperst nog steeds beter is dan gefreesd! Kleur is door en door. Heeft verschillende mogelijkheden wat de translucentie betreft. Om de juiste keuze te maken is de stompkleur noodzakelijk.	*Altijd bij facings en partiële kronen. *Hele kronen wanneer er weinig of minder over is van het natuurlijke element. *Als onderstructuur in front bij weinig ruimte en er een glazig element gemaakt wordt. *Facings vanaf 0,3 mm dikte. *Minimale preparatie voor onlay 1,5mm dikte. *Bij voorkeur adhesief te plaatsen, hoeft niet.
Prettau 3 (zirkonium) cervicaal: 1200 MPa midden: 1100 MPa incisaaal: 670 MPa	Een zirkonium waarbij in de schijf al een lagen systeem is opgebouwd. De schijf verloopt daarmee tevens in hardheid en translucentie. Heeft een hogere translucentie dan Prettau 2.	*Volledige kronen en bruggen (tot 14 delen) *Minimale preparatie 1,0 mm. *0,8 mm is de minimale wanddikte. *Als onderstructuur in front bij weinig ruimte en er een glazige brug gemaakt wordt. Denk om de stompkleur! Wordt al in basis kleur met verloop gefreesd.
Prettau 2 (zirkonium) 1200/1300 MPa	Het sterkste zirkonium vooral gebruikt voor volledige bruggen en kronen van meer dan 4 delen. En wordt voor alle onderstructuren gebruikt.	*Volledige kronen en bruggen (tot 14 delen) *Meerdere dummy's naast elkaar mogelijk. *Goed voor kronen op de positie van de 7. *Glaziger dan zijn voorganger Prettau. Wordt al in basis kleur gefreesd.